

注意

本器には必ずメクトロン社製の純正のインサートチップを使用して下さい。他社製品を使用するとハンドピース先端のネジ山が変形し、インサートチップが正しく固定できなくなるおそれがあります。



メクトロン社製の純正インサートチップを使用している正常ネジ山。



純正品ではないインサートチップを使用し変形したネジ山。インサートチップの固定ができなくなります。



インサートチップ ファンクション

インプラント窩形成

| | |
|----------|----------|
| IM1S | special* |
| IM1 AL | implant |
| IM1 SP | implant |
| IM2A | implant |
| IM2A-15 | implant |
| IM2P | implant |
| IM2P-15 | implant |
| IM2.8A | implant |
| IM2.8P | implant |
| IM3A | implant |
| IM3A -15 | implant |
| IM3P | implant |
| IM3P-15 | implant |
| IM3.4A | implant |
| IM3.4P | implant |
| IM4A | implant |
| IM4P | implant |
| P2-3 | implant |
| P3-4 | implant |

骨切除

| | |
|--------|-----------------------|
| OT1 | cancellous / cortical |
| OT1A | cancellous / cortical |
| OT2 | cancellous / cortical |
| OT3 | cancellous / cortical |
| OT4 | cancellous / cortical |
| OT5 | cancellous / cortical |
| OT5A | cancellous / cortical |
| OT5B | cancellous / cortical |
| OT6 | cancellous / cortical |
| OT7 | cancellous / cortical |
| OT7A | cancellous / cortical |
| OT7S-3 | special* |
| OT7S-4 | special* |
| OT7-20 | cancellous / cortical |
| OT8L | cancellous / cortical |
| OT8R | cancellous / cortical |
| OT9 | cancellous / cortical |
| OT11 | cancellous / cortical |
| OT12 | cancellous / cortical |
| OT12S | special* |
| OT13 | cancellous / cortical |
| OT14 | cancellous / cortical |
| SLO-H | cancellous / cortical |
| PL1 | cancellous / cortical |
| PL2 | cancellous / cortical |
| PL3 | cancellous / cortical |

骨整形

| | |
|------|-----------------------|
| OP1 | cancellous / cortical |
| OP2 | cancellous / cortical |
| OP3 | cancellous / cortical |
| OP3A | cancellous / cortical |
| OP4 | cancellous / cortical |
| OP5 | perio |
| OP5A | perio / special |
| OP6 | perio |

インサートチップ ファンクション

骨整形

| | |
|-------------|-----------------------|
| OP6A (販売終了) | perio |
| OP7 | cancellous / cortical |
| OP8 | perio / special |
| OP9 | cancellous / cortical |
| SLC | cancellous / cortical |

粘膜剥離/サイナスメンブレンエレベーション

| | |
|------|----------|
| EL1 | endo* |
| EL2 | endo* |
| EL3 | endo* |
| SLS | special* |
| SLE1 | special* |
| SLE2 | special* |

骨膜剥離

| | |
|-----|-----------------------|
| PR1 | cancellous / cortical |
| PR2 | cancellous / cortical |

エンド

| | |
|------|-------|
| EN1 | endo* |
| EN2 | endo* |
| EN3 | endo* |
| EN4 | endo* |
| EN5R | endo* |
| EN5L | endo* |
| EN6R | endo* |
| EN6L | endo* |

抜歯

| | |
|------|-----------------------|
| EX1 | cancellous / cortical |
| EX2 | cancellous / cortical |
| EX3 | cancellous / cortical |
| EXL3 | cortical |

インプラント除去

| | |
|--------|---------------------------------|
| EXP3-R | special / cancellous / cortical |
| EXP3-L | special / cancellous / cortical |
| EXP4-R | special / cancellous / cortical |
| EXP4-L | special / cancellous / cortical |

歯周治療/ペリオ

| | |
|------|-------|
| PP1 | perio |
| PS1 | perio |
| PS2 | perio |
| PS6 | perio |
| PP10 | perio |
| PP11 | perio |
| PP12 | perio |

インプラントメンテナンス

| | |
|-----------|--------------|
| ICP + IC1 | endo / perio |
|-----------|--------------|

支台歯形成/クラウンプレップ

| | |
|-----|-----------------|
| DB2 | perio / special |
|-----|-----------------|

* 許容設定モード

注意

本器には必ずメクトロン社製の純正のインサートチップを使用して下さい。他社製品を使用するとハンドピース先端のネジ山が変形し、インサートチップが正しく固定できなくなるおそれがあります。



メクトロン社製の純正インサートチップを使用している正常ネジ山。



純正品ではないインサートチップを使用し変形したネジ山。インサートチップの固定ができなくなります。



インサートチップ モード パワー**

インプラント高形成

| | | |
|----------|------|-----------|
| IM1S | BONE | SPECIAL* |
| IM1 AL | BONE | 1 / 2 / 3 |
| IM1 SP | BONE | 1 / 2 / 3 |
| IM2A | BONE | 1 / 2 / 3 |
| IM2A-15 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| IM2P | BONE | 1 / 2 / 3 |
| IM2P-15 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| IM2.8A | BONE | 1 / 2 / 3 |
| IM2.8P | BONE | 1 / 2 / 3 |
| IM3A | BONE | 1 / 2 / 3 |
| IM3A -15 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| IM3P | BONE | 1 / 2 / 3 |
| IM3P-15 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| IM3.4A | BONE | 1 / 2 / 3 |
| IM3.4P | BONE | 1 / 2 / 3 |
| IM4A | BONE | 1 / 2 / 3 |
| IM4P | BONE | 1 / 2 / 3 |
| P2-3 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| P3-4 | BONE | 1 / 2 / 3 |

骨切除

| | | |
|--------|------|-----------|
| OT1 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| OT1A | BONE | 1 / 2 / 3 |
| OT2 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| OT3 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| OT4 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| OT5 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| OT5A | BONE | 1 / 2 / 3 |
| OT5B | BONE | 1 / 2 / 3 |
| OT6 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| OT7 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| OT7A | BONE | 1 / 2 / 3 |
| OT7S-3 | BONE | SPECIAL* |
| OT7S-4 | BONE | SPECIAL* |
| OT7-20 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| OT8L | BONE | 1 / 2 / 3 |
| OT8R | BONE | 1 / 2 / 3 |
| OT9 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| OT11 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| OT12 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| OT12S | BONE | SPECIAL* |
| OT13 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| OT14 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| SLO-H | BONE | 1 / 2 / 3 |
| PL1 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| PL2 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| PL3 | BONE | 1 / 2 / 3 |

骨整形

| | | |
|------|------|-----------|
| OP1 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| OP2 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| OP3 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| OP3A | BONE | 1 / 2 / 3 |
| OP4 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| OP5 | ROOT | PERIO |
| OP5A | ROOT | PERIO |
| | BONE | SPECIAL |

インサートチップ モード パワー**

骨整形

| | | |
|------|------|--------------|
| OP6 | ROOT | PERIO |
| OP6A | ROOT | PERIO (販売終了) |
| OP7 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| OP9 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| SLC | BONE | 1 / 2 / 3 |

インプラント高形成

| | | |
|---------|------|------------------|
| MDI 1.9 | BONE | 1 / 2 / 3 (販売終了) |
| MDI 2.2 | BONE | 1 / 2 / 3 (販売終了) |
| MDI 2.5 | BONE | 1 / 2 / 3 (販売終了) |

粘膜剥離/サイナスメンブレンエレベーション

| | | |
|------|------|----------|
| EL1 | ROOT | ENDO* |
| EL2 | ROOT | ENDO* |
| EL3 | ROOT | ENDO* |
| SLS | BONE | SPECIAL* |
| SLE1 | BONE | SPECIAL* |
| SLE2 | BONE | SPECIAL* |

骨膜剥離

| | | |
|-----|------|-----------|
| PR1 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| PR2 | BONE | 1 / 2 / 3 |

エンド

| | | |
|------|------|-------|
| EN1 | ROOT | ENDO* |
| EN2 | ROOT | ENDO* |
| EN3 | ROOT | ENDO* |
| EN4 | ROOT | ENDO* |
| EN5R | ROOT | ENDO* |
| EN5L | ROOT | ENDO* |
| EN6R | ROOT | ENDO* |
| EN6L | ROOT | ENDO* |

抜歯

| | | |
|-----|------|-----------|
| EX1 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| EX2 | BONE | 1 / 2 / 3 |
| EX3 | BONE | 1 / 2 / 3 |

インプラント除去

| | | |
|--------|------|---------------------|
| EXP3-R | BONE | SPECIAL / 3 / 2 / 1 |
| EXP3-L | BONE | SPECIAL / 3 / 2 / 1 |
| EXP4-R | BONE | SPECIAL / 3 / 2 / 1 |
| EXP4-L | BONE | SPECIAL / 3 / 2 / 1 |

歯周治療/ペリオ

| | | |
|------|------|-------|
| PP1 | ROOT | PERIO |
| PS1 | ROOT | PERIO |
| PS2 | ROOT | PERIO |
| PS6 | ROOT | PERIO |
| PP10 | ROOT | PERIO |
| PP11 | ROOT | PERIO |
| PP12 | ROOT | PERIO |

インプラントメンテナンス

| | | |
|-----------|------|--------------|
| ICP + IC1 | ROOT | ENDO / PERIO |
|-----------|------|--------------|

* 許容設定モード

** パワー: 1 = max 2 = med 3 = min